

Glastec Rosenheimer Glastechnik GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Str. 10 D –
83101 Rohrdorf-Thansau

HT Labor + Hospitaltechnik GmbH
Rambacher Str. 2
D – 91180 Heideck

Hersteller/Manufacturer: Glastec Rosenheimer Glastechnik GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Str. 10
D – 83101 Rohrdorf-Thansau

Werksbescheinigung Certificate of compliance

Auftragsnummer/Order number // Kundennummer/Customer number:
2160021 // 1015

Produkt/Product:
HT Labor + Hospitaltechnik GmbH
BV 01-129551 VV01190185 FA 134 Altötting

ISO-Shadow E 27/16 Lamelle mattschwarz,
Laserschutz PZ: 3010-0134/01 und 10571-PZA-15
Außen: Laserschutzglas/CO₂ ca. 18,5mm
Innen: RD30 Pb 0,5 ca. 6 mm
Randemaillierung signalschwarz RAL 9004
2 x 580mm x 820mm

ISO-Shadow E 27/16 Lamelle mattschwarz,
Laserschutz PZ: 3010-0134/01 und 10571-PZA-15
Außen: Laserschutzglas/CO₂ ca. 18,5mm
Innen: RD50 Pb 1,5 ca. 5,0-6,5mm
Randemaillierung signalschwarz RAL 9004
2 x 580mm x 820mm

Wir bestätigen hiermit, die verwendeten Einscheibensicherheitsgläser (ESG) aus dem oben aufgeführten Auftrag jeweils einem ordentlichen Heißlagerungstest erfolgreich unterzogen zu haben.

Es wird bestätigt, dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.
We hereby certify that the delivery corresponds with the terms of the order confirmation.

Datum/date: Bearbeiter/person in charge:
Günther Kristen

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und trägt daher keine Unterschrift.
This document is machine-made and requires no signature.