

Glastec Rosenheimer Glastechnik GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Str. 10 D –
83101 Rohrdorf-Thansau



HT Labor + Hospitaltechnik GmbH
Rambacher Str. 2
D – 91180 Heideck

Hersteller/Manufacturer: Glastec Rosenheimer Glastechnik GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Str. 10
D – 83101 Rohrdorf-Thansau

Werksbescheinigung Certificate of compliance

Auftragsnummer/Order number // Kundennummer/Customer number:
2160035 // 1015

Produkt/Product:
HT Labor + Hospitaltechnik GmbH
BV 01-129591 VV01190185 FA 135 Altötting

ISO-Shadow E 27/16 Lamelle 717 silber
Außen: ESG-HST 5mm
Innen: RD30 Pb 0,5 ca. 6 mm
Randemaillierung #2 signalschwarz RAL 9004
8 x 535mm x 775mm

ISO-Shadow E 27/16 Lamelle 717 silber
Außen: ESG-HST 6mm
Innen: ESG-HST 5mm
Randemaillierung signalschwarz RAL 9004
1 x 535mm x 775mm

ISO-Roll
Außen: ESG-HST 8mm
Innen: RD50 Pb 1,5 ca. 5,0-6,5mm
Randemaillierung #2 signalschwarz RAL 9004
3 x 535mm x 805mm

Wir bestätigen hiermit, die verwendeten Einscheibensicherheitsgläser (ESG) aus dem oben aufgeführten Auftrag jeweils einem ordentlichen Heißlagerungstest erfolgreich unterzogen zu haben.

Es wird bestätigt, dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.
We hereby certify that the delivery corresponds with the terms of the order confirmation.

Datum/date: Bearbeiter/person in charge:
Günther Kristen

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und trägt daher keine Unterschrift.
This document is machine-made and requires no signature.